

Số: 394/TTYT - YCBG

Phong Thổ, ngày 05 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch sửa chữa trang thiết bị Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ đưa vào sử dụng phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phong Thổ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - TTB - VTYT.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT, tại địa chỉ, đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Pa So, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, điện thoại: 0868.791.315
 - Nhận qua gmail: khoaduocphongtho@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:


Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo phụ lục đính kèm sau:

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công TTĐT- TTYTPT
- Lưu VT, KD



BSC.KI. *Đông Xuân Linh*

DANH MỤC LINH KIỆN HỎNG YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA

(Kèm theo báo giá số 394/TTYT - YCBG Ngày 05 tháng 12 năm 2024)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy giặt công nghiệp Model: SP60 E-VA- dvance Tech Seri:A169019100464	Sửa lỗi mạch điều khiển chương trình máy không cho hoạt động	01	Cái	Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn	Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
2	Lồng ấp trẻ sơ sinh Model: Cristina Manual Seri: 003B2003012	Sửa nhiệt độ trong lồng không ổn định	01	Cái	Khoa Nhi	Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
3	Lồng ấp trẻ sơ sinh Model: 2000W/HUMIDIFIE R Seri: M1242714	Sửa lồng ấp không lên nguồn, quạt thổi gió bị lỗi	01	Cái	Khoa Nhi	Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
4	Tủ sấy điện cỡ nhỏ Model: LDO-080F Seri: BPXOP1024400	Sửa mạch điều khiển, hỏng quạt trao đổi nhiệt	01	Cái	Trạm Y tế Xã Bản Lang	Dự kiến 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng