

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Phong Thỏ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị Y tế, công cụ dụng cụ cho đơn vị theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phong Thỏ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Tân Thị Bích Thục
 - Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTB - VTYT.
 - Số điện thoại: 0213 3896 580
 - Gmail: tanthuc1986@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế huyện Phong Thỏ, thị trấn Phong Thỏ, huyện Phong Thỏ, tỉnh Phong Thỏ.
 - Nhận qua email: : tanthuc1986@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 10 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h00 phút ngày 20 tháng 06 năm 2025
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị), công cụ dụng cụ.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế, công cụ dụng cụ:

Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển	Bảo quản thiết bị y tế, công cụ dụng cụ	Lắp đặt	Cung cấp
Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ	Vận chuyển thiết bị, công cụ dụng cụ phải đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.	Thiết bị, công cụ dụng cụ phải được bảo quản trong thùng, tránh bị va đập gây hỏng, bị trầy xước hoặc bị thấm nước	Bàn giao lắp đặt tại bộ phận sử dụng thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ	Cung cấp thiết bị, công cụ dụng cụ đúng theo hợp đồng được ký kết

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Trong Quý II năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Công TTĐT - TTYT
- Lưu VT, Dược



Dương Văn Quân

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6/YCBG-TTYT ngày 10/06/2025 của TTYT huyện Phong Thổ)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy Xông Khí Dung LUCASS	Cấu hình: - Máy nhỏ gọn, vận chuyển dễ dàng - Kích thước: 29.8 x 18 x 10,8 cm - Trọng lượng máy 1,45kg, cả hộp 1,75kg - Trọn bộ sản phẩm bao gồm: Máy xông, bông lọc, dây dẫn khí, cốc thuốc, 1 mặt nạ cho người lớn và 1 mặt nạ trẻ em, đầu ngâm miệng xông họng, đầu xông mũi	Cái	05		
2	Máy điện châm	Cấu Hình: 1. Máy chính: 01 chiếc 2. Dây châm cứu: 05 chiếc 3. Dây điện xung : 01 chiếc 4. Điện cực điện xung dán : 02 chiếc 5. Điện cực điện xung : 10 chiếc 6. Đai quấn điện cực: 1 chiếc 7. Bút dò huyết : 01 chiếc 8. Nguồn 9V: 1 chiếc 9. Hướng dẫn sử dụng : 1 bộ Thông số kỹ thuật: Có năm loại sóng xung để lựa chọn: (1) Sóng liên tục (2) Sóng phân tán dày đặc: (3) Sóng không liên tục: (4) Sóng gọn: (5) Sóng hô hấp Nguồn điện: DC 1.5V X 6 Điện năng tiêu thụ: 2W Trọng lượng: 1.2kg	Cái	01		
3	Xe lăn cho người tàn tật LUCASS	Cấu Hình: Độ rộng ghế ngồi 46cm x sâu 40cm Kích thước phủ bì: Cao 88 x sâu 96 x rộng 62cm Kích thước khi gấp: Cao 72 x sâu 74 x rộng 34cm Cao từ đất lên ghế: 45cm Thành xe 23,5cm Cao tựa lưng 43cm Trọng lượng xe: 12,2kg, cả hộp 13,5kg Kích thước hộp đựng: 75 x 25 x 76cm	Cái	05		
4	Van giảm áp oxy	- Đồng hồ Oxy (Van giảm áp có đồng hồ) - Áp suất khí vào lớn nhất: 280 bar - Áp suất khí ra max: 25 bar - Áp suất khí làm việc max: 10 bar - Chuẩn kết nối đầu ra: G3/8" hoặc M14...	Cái	02		
5	Bao đo huyết áp máy monito 5 thông số.	Áp lực hơi tối đa: Vòng bít dành cho trẻ sơ sinh và trẻ con: áp lực hơi tối đa phải đạt 180mmHg (24kPa); Trẻ em, người lớn nhỏ, người lớn, người lớn đại và vòng bít đùi: áp lực hơi tối đa có thể đạt tới 360mmHg (48kPa). Độ kín khí: không được vượt quá 4 mmHg/phút. Độ bền: Chu kỳ mở và đóng vòng bít có thể tái sử dụng ≥ 1000 lần, tăng giảm ≥ 10.000 lần. Chu kỳ mở và đóng vòng	Cái	02		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		bít dùng một lần ≥ 500 lần, tăng giảm ≥ 5000 lần.- Góc điều chỉnh 0-180°; - Chiều dài bóng đèn 915mm; - Chiều dài khi gấp 1070mm; Kích thước đóng gói 104*23.5*25.5cm; Trọng lượng tịnh/ Tổng trọng lượng 9kg/10kg - Lựa chọn thêm: Điều khiển từ xa				
6	Đồng hồ Oxy kèm lọc âm	- Thành phần cấu tạo: đồng, hợp kim - Lưu lượng oxy : 0 - 10l/ phút - Áp suất đầu vào : 15 bar - Áp suất đầu ra : 3 bar - Mask thở oxy bằng nhựa PVC : 01 cái - Dây dẫn oxy dài 2m: 01 cái	Cái	10		
7	Giường xoa bóp bấm huyệt	- Vật liệu: Nệm bọc simily dày 5cm + drap giường - Kích thước: D200 x R65 x C70 (cm) - Dùng khám bệnh, tập luyện PHCN, châm cứu - Có cả 2 chức năng nâng đầu và có lỗ để làm massage khi nằm sấp	Cái	1		
8	Kìm mang kim 10cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	5		
9	Kìm mang kim 12cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	5		
10	Kìm mang kim 14cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	15		
11	Kìm mang kim 15cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10		
12	Kéo thẳng đầu tù 16cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	07		
13	Kéo thẳng đầu tù cắt TSM 20cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
14	Kéo thẳng cắt chỉ 10cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
15	Kéo thẳng đầu nhọn 16cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	07		
16	Kéo Phẫu thuật 18cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
17	Kéo cong đầu tù 16cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
18	Kéo cong đầu nhọn 10cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
19	Kéo cong đầu nhọn 12cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	20		
20	Kẹp Phẫu tích thẳng	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		

TIN
RUNG
Y T
HUY
HONG

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	có mẫu 10cm					
21	Kẹp Phẫu tích thẳng có mẫu 12cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
22	Kẹp Phẫu tích thẳng có mẫu 14cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10		
23	Kẹp Phẫu tích thẳng có mẫu 15cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10		
24	Kẹp Phẫu tích thẳng không mẫu 14cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	10		
25	Panh cong cầm mẫu 12cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	05		
26	Panh cong không mẫu 14cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	09		
27	Panh cong không mẫu 16cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	09		
28	Panh thẳng có mẫu 16cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	18		
29	Panh thẳng không mẫu 16cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	20		
30	Panh sát khuẩn 25cm	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	03		
31	Cán dao mổ số 3	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	03		
32	Cán dao mổ số 4	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	03		
33	Cán dao mổ số 7	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	03		
34	Bộ khám răng	Mặt gương: 1c Cán gương: 1c Nĩa nha: 1c Thán trám: 1c	Cái	01		
35	Kim răng chuột	Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	02		
36	Clip Polymer kẹp mạch	Vì 6 cái	Cái	01		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	máu cỡ L					
37	Bộ huyết áp cơ người lớn + ống nghe	Bộ máy bao gồm: - Đồng hồ đo - Băng đo huyết áp - Ống nghe 1 dây - Quả bóp huyết áp Thông số: Đồng hồ chuẩn có mã vạch chia từ 20 ~ 300mmHG Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hóa có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao	Bộ	05		
Tổng: 37 danh mục						