

Số : 118/YCBG- TTYT

Tân Uyên, ngày 25 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua Trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên;
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Bùi Thị Hà
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược-TTB-VTYT.
- SĐT: 0983788657; Địa chỉ email: buihayt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản báo giá /biểu báo giá ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu cầu (*Phụ lục 02 - Mẫu báo giá*) phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương. Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue của nhà sản xuất (bản dịch đối với thiết bị y tế nhập khẩu).

- Nhận trực tiếp bản gốc tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên; Tổ dân phố 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Nhận qua email tới địa chỉ hòm thư: buihayt@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h ngày 04 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên năm 2025.

(Có danh mục Phụ lục 1 chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 4 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo điều kiện cụ thể của hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Theo phụ lục 01.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Đình Hòa

Phụ lục 01:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy hút dịch phẫu thuật (Loại 2 bình 2 lít)	<u>Cấu hình gồm:</u> - 01 Máy hút chính với hệ thống đảo chiều điện tử từ bình tới bình - 02 Bình chứa dịch dung tích 2000ml với van chống tràn, loại bình MAKROLON 2858, hấp tiệt trùng tối đa ở nhiệt độ 121°C - 02 Vòng giữ bình cố định - 02 Bình bẫy an toàn 220ml - 02 Bộ lọc chống nhiễm khuẩn chống thấm nước - 02 Bộ ống dây silicone đk. 8x14mm, chiều dài 150cm tiệt trùng được - 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicone có cỡ từ đường kính 10-11-12mm - 01 Dây nguồn với phích cắm schuko - 04 Bánh xe - 01 Công tắc bàn đạp chân - 01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt <u>Thông số kỹ thuật:</u> Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz Chân không tối đa (điều chỉnh được): - 0.90 Bar - 90 kPa - 675 mmHg Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 90 lít/phút. Mức nhiễu ồn: 46,4 dBA Chu kỳ hoạt động: Liên tục Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485.	01	Cái
2	Máy hút dịch chạy điện (2 bình)	<u>Cấu hình gồm:</u> Máy chính: 01 máy Phụ kiện kèm theo Hướng dẫn sử dụng	01	Cái

		<u>Thông số kỹ thuật</u> - Tỷ lệ hút: $\geq 40\text{L/phút}$ - Áp lực: $\geq 0.075\text{ MPa}$ - Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz - Tiếng ồn thấp ($\leq 60\text{dB}$) - Dung tích chai: 02 bình 2500ml - Nhiệt độ làm việc: 50C - 400C - Hoạt động liên tục trong 30phút/lần - Thiết kế bánh xe đẩy, dễ dàng di chuyển - Có bàn đạp chân thay thế bật công tắc điện. - Quy cách đóng gói: 01 máy/thùng.		
3	Tủ tiết trùng dụng cụ y tế (loại 50 lít trở lên)	<u>Cấu hình gồm:</u> Máy chính: 01 máy Phụ kiện kèm theo Hướng dẫn sử dụng <u>Thông số kỹ thuật:</u> Loại gia nhiệt: đối lưu cưỡng bức Phạm vi nhiệt độ: $\text{RT} + 10 \sim 300^{\circ}\text{C}$ Độ phân giải nhiệt độ: $0,1^{\circ}\text{C}$ Độ biến động nhiệt độ: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 2,5\%$ Vật liệu buồng: thép không gỉ Vật liệu bên ngoài: thép cán nguội, sơn tĩnh điện Cách nhiệt: sợi nhôm silicat Thanh gia nhiệt: ống gia nhiệt thép không gỉ Công suất định mức: 1.6KW Lỗ thoát khí: đường kính trong 28mm * 1, bên trên Điều khiển nhiệt độ: điều khiển PID Hiển thị: Màn hình LED kỹ thuật số với model D: 4 ký tự/L: Màn hình LCD Hẹn giờ: 0-9999 phút Cảm biến: Pt100 Thiết bị an toàn: Báo động quá nhiệt; bộ giới hạn độc lập (model L) Kích thước bên trong (W * D * H) /	01	Cái

		mm: 400x360x450 Kích thước bên ngoài (W * D * H) / mm: 518x550x860 Kích thước đóng gói (W * D * H) / mm: 642x628x980 Dung tích: 65L Kệ chịu lực: 15KG Số kệ: 2 (Tiêu chuẩn) Điện áp: AC220V/7.2A Khối lượng tịnh / tổng (kg): 44/49 Cấu hình tùy chọn: Kệ, RS485(model L), USB(model L), máy in (model L), cảnh báo SMS (model L). Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485.		
4	Máy châm cứu (máy điện châm)	<u>Cấu hình gồm:</u> 1. Máy chính: 01 chiếc 2. Dây châm cứu: 05 chiếc 3. Dây điện xung : 01 chiếc 4. Điện cực điện xung dán : 02 chiếc 5. Điện cực điện xung : 10 chiếc 6. Đai quấn điện cực: 1 chiếc 7. Bút dò huyết : 01 chiếc 8. Nguồn 9V: 1 chiếc 9. Hướng dẫn sử dụng : 1 bộ <u>Thông số kỹ thuật:</u> Có năm loại sóng xung để lựa chọn: (1) Sóng liên tục (2) Sóng phân tán dày đặc: (3) Sóng không liên tục: (4) Sóng gợn: (5) Sóng hô hấp Nguồn điện: DC 1.5V X 6 Điện năng tiêu thụ: 2W Trọng lượng: ≥1.2kg Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485.	05	Cái

5	Đèn hồng ngoại	<u>Thông số kỹ thuật:</u> Công suất: 250w Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. Dimmer hoặc công tắc Dây nguồn: 3mø6 Điều chỉnh chiều cao từ 1m-1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 ⁰ C, khoảng rộng 30cm + 30cm Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn Độ bền cao	05	Cái
Tổng cộng: 05 khoản				

PHỤ LỤC 02 – MẪU BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
 - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
 - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
 - (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
 - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
 - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
 - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
 - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
 - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
 - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
- Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).